



PENGADAAN LANGSUNG
PT PJB UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT
NOMOR: 1355.PP/612/UPHB/2019
TENTANG
PENGADAAN DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR PT PJB UPHB

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (PT PJB UPHB) mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pengadaan Langsung sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pengadaan : Pengadaan Documenting Process Calibrator PT PJB UPHB
Sumber Dana : Anggaran Investasi 2019 PT PJB UPHB

2. Syarat Peserta :

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)/CV;
- b. Merupakan manufaktur atau agen/distributor resmi produk yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keagenan yang dikeluarkan dari produsen produk yang bersangkutan atau Departemen Perdagangan RI, atau didukung manufaktur atau agen/distributor resmi produk yang bersangkutan dibuktikan dengan surat dukungan/supporting letter dari manufaktur/agen/distributor resmi.
- c. Memiliki Sertifikat Daftar Penyedia Perusahaan (DPP) PT PJB klasifikasi Bidang Mekanikal/Elektrikal atau sesuai dengan jenis barang yang diminta;
- d. Perusahaan yang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan pengurus tidak sedang menjalani hukuman;
- e. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di wilayah kerja PT PLN (Persero) Group;
- f. Memiliki pengalaman mensupply pengadaan calibrator alat ukur minimal 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan melalui :
 - 1) Copy Surat Perjanjian / Kontrak; dan
 - 2) Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang / *Satisfaction Letter*.
- g. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS dan TOR

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Tanggal : 01 s.d 11 Februari 2019
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450
Telp. 021-6620594 - Ext.1140 CP : Marisa A.

4. Penjelasan RKS dan TOR :

Tanggal : 07 Februari 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

5. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :

Tanggal : 12 Feb 2019
Waktu : • Pemasukan dokumen : Pukul 11.00 WIB s.d. 13.30 WIB
• Pembukaan dokumen : Pukul 13.30 WIB
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa : 1) Asli Surat tugas dari Direktur Utama / pimpinan perusahaan; 2) Copy Tanda pengenal perusahaan / copy KTP; 3) Copy SIUP. Pendaftaran bisa juga lewat email dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kirim ke : marisa@ptpjb.com cc nofri@ptpjb.com
7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
8. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut Pengadaan Langsung namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat.

Jakarta, 01 Februari 2019

STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (hunting) Fax : 62-21-6613190
E-mail : uphb@pjb2.com



Lampiran pengumuman

Nomor : 1355.PP/612/UPHB/2019

Tanggal : 01 Februari 2019

SPESIFIKASI TEKNIK YANG DIMINTAKAN PENAWARAN
PENGADAPAN DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR PT PJB UPHB

SPESIFIKASI TEKNIK

Pengadaan alat *Documenting calibrator* dan aksesorisnya

1. Negara asal Brand : *North America, West Europe, North Europe, Japan, South Korea*
2. Dilengkapi *Certificate of Origin (COO)* atau *Certificate of Manufacture (COM)*
3. Dilengkapi dengan HART Communication capability
4. Dilengkapi *loop power supply VDC 24 Volt*
5. Dapat digunakan untuk membaca: Voltage, Resistansi, Arus, Thermocouple, RTD, frekuensi
6. Dapat digunakan untuk source: Voltage, Arus, Thermocouple, RTD, frekuensi
7. Spesifikasi range:
 - a. *Minimum Range measurement:*
 - ✓ Voltage: 0-25 Volt
 - ✓ Current: 0-30 mA
 - ✓ Resistansi: 0-4000 Ω
 - ✓ RTD: dapat digunakan pada tipe PT 100 dan Cu 10
 - ✓ Thermocouple: dapat digunakan pada tipe J, K, T, N, dan E
 - b. *Minimum Range Source:*
 - ✓ Voltage : 0-12 Volt
 - ✓ Current: 0-22 mA
 - ✓ Resistansi: 0-4000 Ω
 - ✓ RTD: dapat mensimulasikan temperature RTD tipe PT 100 dan Cu 10
 - ✓ Thermocouple: dapat mensimulasikan temperature tipe tipe J, K, T, N, dan E
8. Maksimum Spesifikasi Akurasi:
 - a. *Best accuracy Measurment:*
 - a. Voltage: 0.03% reading
 - b. Current: 0.03% reading
 - c. Resistansi: 0.05% reading
 - d. RTD: 0.2% reading
 - e. Thermocouple: 0.5 °C
 - b. *Best accuracy Source:*
 - a. Voltage: 0.03% reading
 - b. Current: 0.03% reading
 - c. Resistansi: 0.1%
 - d. RTD: 0.02% reading
 - e. Thermocouple: 0.5 °C
9. Power requirement:
 - Battery rechargeable
 - Battery replaceable
10. Aksesoris tambahan:
 - Box/carrying bag case
 - Power adapter
 - Test leads set include with thermocouple conection (type J, K, T, N, E) and hart communication conection
 - Certificate of calibration
 - Manual book
 - Battery spare 1 ea (spesifikasi battery spare sama dengan battery bawaan)
11. Garansi alat 1 tahun

TRAINING

Pengadaan alat termasuk Training pengoperasian alat.

Detail pekerjaan terlampir dalam TOR (*Term of Reference*)



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (hunting) Fax : 62-21-6613190
E-mail : uphb@pjb2.com